

平凉市妇幼保健院胎儿监护仪、全自动化学发光免疫分析仪等设备采购项目 进口产品公示

平凉市妇幼保健院胎儿监护仪、全自动化学发光免疫分析仪等设备采购项目，已按照《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）规定，于2019年9月20日组织有关专家进行了论证，现公示如下：

一、编号：0876-1902435

二、采购名称及内容：

品目号	货物名称	数量
1	胎儿监护仪	12台

三、采购进口产品的理由：

该设备要求具有自动通道管理功能，具有胎心信号跟踪锁定技术，具有可靠的交叉通道识别技术，具有母体脉搏测量功能，为保证临床治疗，需采购进口产品。

四、专家论证意见

专家一

姓名：郭汉彪 职称：高工

工作单位：甘肃省卫健委综合监督局

论证意见：用户采购的胎儿监护仪要求具有自动通道管理功能，胎儿传感器插槽可任意连接胎心，宫缩探头，手动胎动标记器和母体参数测量模块，且对稳定性要求极高，国内产品尚不能完全满足用户使用要求，须采购进口产品。

专家二

姓名：马贵生 职称：副高

工作单位：兰州市第一人民医院

论证意见：申购产品为进口设备，技术要求具有胎心信号跟踪锁定技术，能有效排除干扰信号，确保准确获取胎心信号，且能将超声能量降到最低，国内产品目前尚未满足申购单位的技术要求，需采购进口设备。

专家三

姓名：赵鹏 职称：正高

工作单位：甘肃省计量研究院

论证意见：国产同类产品在关键技术功能：母体脉搏测量、自动通道管理功能、交叉通道识别不能满足临床诊断需求，为保证临床治疗的顺利进行，需购买同类进口产品。

专家四

姓名：王可 职称：正高

工作单位：甘肃省紧急医疗救援中心

论证意见：申请采购的设备要求可配升级自动生成并打印输出NST报告，且在监护时在屏幕上调阅查看，要求具有自动通道管理功能，并具有可靠的交叉通道识别技术，目前国内产品达不到上述参数，须采购进口产品。

专家五

姓名：葛朝阳 职称：律师

工作单位：兰州黄河律师事务所

论证意见：本次论证程序合法，符合政府采购法及实施条例的相关规定。

五、公示的期限：2019年9月24日至2019年9月29日，在公示期内，任何供应商、单位或者个人对采购人申请采购进口产品有异议的，请以书面实名形式向平凉市政府采购办公室反馈意见，并同时抄送采购人。

平凉市政府采购办公室电话：0933-8230771

六、联系方式：

招标人：平凉市妇幼保健院

地 址：平凉市崆峒区广成路 36 号

联系人：田俊杰

电 话：0933-4165865

招标代理机构：甘肃西招国际招标有限公司

地 址：兰州市安宁区北滨河西路通达街 3 号

联系人：李倩倩

电 话：18919060664

邮 箱：1204248189@qq.com

监督部门：平凉市政府采购办公室

地 址：平凉市崆峒区西大街 61 号

联系人：姚锦辉

电 话：0933-8230771

甘肃西招国际招标有限公司

2019 年 9 月 23 日